

## Britec MRI compatibele PET spuitulzen



Britec produceert spuitulzen voor gebruik bij PET/MRI scanners.

Deze hulzen zijn gevalideerd voor gebruik in magneetvelden tot 3 Tesla.

De spuit wordt door middel van een schroef in de huls gefixeerd.

### Specificaties:

Afscherming:	100% wolfram
Venster:	loodglas 11-13 mm dikte 4 mm Pb equivalent
Schroef:	Non-ferro materiaal

Model	Volume spuit	afscherming	Gewicht (g)	Lengte (mm)	ID (mm)	BD (mm)
1BT-PETMRI01	1ml	7.5mm	500	72	8.5	24
1BT-PETMRI01L	1ml Luer Lok	7.5mm	500	75	12	26
1BT-PETMRI02	2ml & 3ml	7.5mm	400	53	12	26
1BT-PETMRI03	3ml	7.5mm	400	65	12	26
1BT-PETMRI05	5ml	7.5mm	600	60	16	31
1BT-PETMRI10	10ml	7.5mm	700	75	18	33

